

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о присвоении Знака качества
средств измерений



Средство измерений

Калибраторы давления Crystal HPC40

производства

Фирма «АМЕТЕК Test and Calibration Instruments», Дания

Дистрибьютор: ООО «АРТВИК Р», г. Москва

аттестовано на Знак качества

средств измерений

на основании экспертной оценки следующих функциональных и
метрологических характеристик:

- Измерение давления: ВПИ от 0,2 до 100 МПа изб.; $\pm 0,01$ % ВПИ (от 0 до 30 % ВПИ); $\pm 0,035$ % ИВ (свыше 30 до 100 % ВПИ).
- Измерение электрических сигналов:
0...30 В, $\pm (0,015$ % показания + 2 мВ);
0...55 мА, $\pm (0,015$ % показания + 2 мкА).
- Генерирование электрических сигналов:
0...25 мА, $\pm (0,015$ % показания + 2 мкА).
- Габариты: 186 x 89 x 42 мм.
- Масса: 0,7 кг.

Руководитель Экспертной комиссии,
Заместитель Генерального директора
ФБУ «Ростест-Москва»

Е.В. Морин

Эксперт

Д.А. Денисов



РОСТЕСТ



МОСКВА