

Многофункциональный калибратор MC2-R

Назначение

Многофункциональный документирующий калибратор **MC2-R** предназначен для поверки и калибровки в полевых или лабораторных условиях любых стрелочных и цифровых приборов, преобразователей давления, перепада давления, расхода, уровня и температуры, имеющих сигналы P, t, U, I, R, f, импульсы.

Уникальные функциональные возможности и различные варианты комплектации калибратора **MC2-R**, а также внутренние и внешние модули давления позволяют создавать комплексы для поверки и калибровки самых различных СИ.

Описание

Калибратор **MC2-R** является высокоточным измерителем и генератором электрических сигналов (В, мВ, мА, Ом, Гц и импульсы), а также измерителем давления.

Сигналы термопар (мВ) и термометров сопротивления (Ом) могут быть представлены в °С по стандартным градуировкам ГОСТ Р, IEC и DIN. Температурная шкала МПТШ-68 или МТШ-90 выбирается пользователем.

Измерение или имитация сигнала термопар выполняются с ручной или автоматической компенсацией температуры холодного спая.

Встроенный источник =24 В позволяет питать любые преобразователи с выходным сигналом 4...20 мА (двухпроводная линия).

Имеется функция калибровки токовых реле, а также реле температуры и давления.

Калибратор **MC2-R** включает:

- ◆ Корпус с мембранной клавиатурой, графическим дисплеем и основными электронными компонентами
- ◆ Съёмный блок аккумуляторов с зарядным устройством
- ◆ Внутренние и/или внешние модули измерения давления с ручными калибровочными насосами

Начиная с версии внутреннего ПО 3.20 **MC2-R** является документирующим калибратором. Результаты поверки автоматически сохраняются в памяти калибратора для каждой калибровочной точки шкалы СИ. Затем с помощью ПК и облачного сервиса **Beamex LOGiCAL** можно сформировать протоколы калибровки или поверки, просмотреть их, а также представить в формате PDF файлов для сохранения и/или распечатки.



Особенности

- ◆ Большой графический дисплей с подсветкой
- ◆ Полная мембранная клавиатура
- ◆ Многооконный интерфейс пользователя на русском или украинском языках
- ◆ Самый большой выбор типов термопар и термометров сопротивления по IEC, DIN, ГОСТ Р (в том числе по ГОСТ Р 8.625-2006) для МПТШ-68 и МТШ-90
- ◆ Широкий диапазон измерения давления внутренними и внешними модулями
- ◆ 33 стандартные единицы измерения давления и 4 единицы, определяемые пользователем
- ◆ Аналоговые линейки, дублирующие цифровые показания
- ◆ Тестирование утечек по давлению и реле
- ◆ Широкий выбор математических функций
- ◆ Возможность одновременного измерения и генерирования сигналов
- ◆ Возможность поверки P/P преобразователей
- ◆ Калибровка/поверка СИ автоматически или вручную оператором, хранение данных о приборах, процедурах, результатах калибровок, поверителей
- ◆ **2 года гарантии**

Многофункциональный калибратор MC2-R

Технические характеристики

Дисплей	Графический, ЖК, 60 x 60 мм (160 x 160 пикселей)
Клавиатура	Мембранная, 19 клавиш
Питание	Съемный аккумулятор (Ni-MH), зарядное устройство ~220 В
Условия эксплуатации/хранения	-10...+50 °C/ -20...+60 °C, 0...80 % отн. влажности
Габариты (Д x Ш x В); масса нетто	215 x 102 x 49 мм; 0,72...0,83 кг
Интерфейс	USB

Измерение электрических сигналов

Диапазон	Разрешение	Погрешность *
±250 мВ ¹⁾	0,001 мВ	±(0,02 % показания + 0,005 мВ)
±(0,25...<1) В ¹⁾	0,01 мВ	±(0,02 % показания + 0,005 мВ)
1...25 В ¹⁾	0,1 мВ	±(0,02 % показания + 0,25 мВ)
25...60 В ¹⁾	1 мВ	±(0,02 % показания + 0,25 мВ)
±25 мА ²⁾	0,0001 мА	±(0,02 % показания + 1,5 мкА)
±(25...100) мА ²⁾	0,001 мА	±(0,02 % показания + 1,5 мкА)
0,0028...50000 Гц ³⁾	0,000001...0,1 Гц	±0,01% показания
0...9 999 999 имп. ³⁾	1 имп.	
-25...150 мВ ^{4) А)}	0,001 мВ	± (0,02 % показания + 0,004 мВ)
0...250/2650/4000 Ом ⁵⁾	1/10/100 мОм	± (0,02 % показания + 3,5 мОм) ⁶⁾

Проверка реле (сухой контакт): 2,8 В (0,13 мА) или 24 В (35 мА), R_{вх} > 1 МОм

1) R_{вх} > 1 МОм

2) R_{вх} < 7,5 Ом

3) R_{вх} > 1 МОм,

минимальная амплитуда сигнала:

2 В для частоты ниже 10 кГц и длительности импульса более 50 мкс

3 В для частоты 10...50 кГц и длительности импульса 10...50 мкс

4) R_{вх} > 10 МОм

5) I_{изм.}: пульсирующий в обоих направлениях 1 мА (0...500 Ом), 0,2 мА (>500 Ом)

6) Для 4-х проводной схемы, для 3-х проводной - ±(0,02% показания + 13,5 мОм)

* Включая нелинейность, гистерезис, воспроизводимость и дрейф за 1 год при температуре 18...28°C

(температурный коэффициент вне этого диапазона - ≤0,0015% от показания/°C)

Генерирование электрических сигналов

Диапазон	Разрешение	Погрешность *
-25...150 мВ ¹⁾	0,001 мВ	±(0,02 % показания + 0,004 мВ)
±0,25 В ¹⁾	0,01 мВ	±(0,02 % показания + 0,1 мВ)
-3...-0,25 В ¹⁾	0,1 мВ	±(0,02 % показания + 0,1 мВ)
0,25...12 В ¹⁾	0,1 мВ	±(0,02 % показания + 0,1 мВ)
0...25 мА ²⁾	0,0001 мА	±(0,02 % показания + 1,5 мкА)
0...400/4000 Ом ³⁾	10/100 мОм	±0,04 % показ. или 30 мОм (что больше)
0,0005...10000 Гц ^{1), 4)}	0,000001...0,1 Гц	±0,01 % показания
0...9 999 999 имп. ^{1), 5)}	1 имп.	

1) I_{нагр} 5 мА (макс.)

2) R_{нагр} ≤ 800 Ом (0...20 мА), ≤ 640 Ом (20...25 мА), напряжение питания петли ≤ 60 В

3) I_{нагр} ≤ 5 мА (0...650 Ом), I_{нагр} x R_{сим} < 3,25 В (650...4000 Ом)

4) Амплитуда сигнала 0...12 В, погрешность ±(0,2 В + 5 % от уст. знач.)

5) Амплитуда сигнала 0...12 В, погрешность ±(0,2 В + 5 % от уст. знач.), диапазон 0,0005...10000 Гц

* Включая нелинейность, гистерезис, воспроизводимость и дрейф за 1 год при температуре 18...28 °C

(температурный коэффициент вне этого диапазона - ≤0,0015 % от показания/°C)

Многофункциональный калибратор MC2-R

Измерение и имитация сигналов термопар

Тип	Диапазон, °C	Погрешность (±)*
ПР(В) ¹⁾²⁾	0...<200	4 мкВ + 0,02% показания мкВ
	200...<500	2,0 °C
	500...<800	0,8 °C
	800...1820	0,6 °C
ПП(С) ¹⁾²⁾	-50...<0	1,0 °C
	0...<50	0,7 °C
	50...<1500	0,6 °C
	1500...1768	0,7 °C
ПП(R) ¹⁾²⁾	-50...<0	1,0 °C
	0...<150	0,7 °C
	150...<1400	0,5 °C
	1400...1768	0,6 °C
ХА(К) ¹⁾²⁾	-270...<-200	4 мкВ + 0,02 % показания мкВ
	-200...<0	0,1°C + 0,1 % показания
	0... <1000	0,1°C + 0,02 % показания
	1000...1372	0,03% показания °C
ХК(Е) ¹⁾²⁾	-270...<-200	4 мкВ + 0,02 % показания мкВ
	-200...<0	0,07 °C + 0,08 % показания
	0... <600	0,07 °C + 0,02 % показания
	600...1000	0,03% показания °C
МК(Т) ¹⁾²⁾	-270...<-250	4 мкВ + 0,02 % показания мкВ
	-250...<-200	0,7 °C
	-200...<0	0,1 °C + 0,1 % показания
	0...400	0,1 °C + 0,01 % показания
ЖК(Ј) ¹⁾²⁾	-210... <-200	4 мкВ + 0,02 % показания мкВ
	-200... <0	0,08 °C + 0,07 % показания
	0...1200	0,08 °C + 0,02 % показания
НН(Н) ¹⁾²⁾	-270...<-200	4 мкВ + 0,02% показания мкВ
	-200... <-100	0,2 % показания °C
	-100... <0	0,15 °C + 0,05 % показания
	0... <750	0,15 °C + 0,01 % показания
750...1300	0,03 % показания °C	
ХК(L) ¹⁾²⁾	-200...<0	0,07 °C – 0,07 % показания
	0...800	0,07 °C + 0,02 % показания
ВР(А)-1 ¹⁾²⁾	0...<500	±0,33°C
	500...<1500	0,17 °C + 0,03 % показания
	1500...2500	-0,45 °C + 0,08 % показания
U ³⁾	-200...<0	0,15 °C + 0,1 % показания
	0...<600	0,15 °C + 0,01 % показания
L ³⁾	-200...<0	0,13 °C + 0,07 % показания
	0...900	0,13 °C + 0,02 % показания
С ⁴⁾	0...<900	0,4 °C
	900...<2000	0,045 % показания °C
	2000...2315	1,2 °C
D ⁴⁾	0...<1000	0,4 °C
	1000...<2000	0,04 % показания °C
	2000...2315	1,2 °C
G ⁵⁾	0...<70	4 мкВ + 0,02 % показания мкВ
	70...<200	1,0 °C
	200...<1600	0,5 °C
	1600...<2000	0,7 °C
	2000...2315	1,0 °C

Разрешение для всех типов термопар 0,01 °C, R_{вход} >10 МОм

* Включая нелинейность, гистерезис, воспроизводимость и дрейф за 1 год при температуре 18...28 °C (температурный коэффициент вне этого диапазона - ≤0,0015 % от показания мВ/°C)

¹⁾ МПТШ-68 (ГОСТ 3044-84, ГОСТ Р 50431-92, IEC 584-1-77, NIST MN 175, BS 4937, ANSI MC96.1)

²⁾ МТШ-90

³⁾ DIN 43710

⁴⁾ ASTM E 988-96

⁵⁾ ASTM E 1751-95e1

Автоматическая компенсация температуры холодного спая термопар

Диапазон -10...+50°C; погрешность ±0,25°C

Многофункциональный калибратор MS2-R

Измерение и имитация сигналов термометров сопротивления

Тип	Диапазон (°C)	Погрешность (±)* (измерение)	Погрешность (±)* (имитация)
50П ¹⁾²⁾ (Pt50 α385)	-200...<0 0...850	0,06 °C 0,06 °C + 0,025 % показания	0,10 °C 0,10 °C + 0,025 % показания
100П ¹⁾²⁾ (Pt100 α385)	-200...<0 0...850	0,06 °C 0,06 °C + 0,025 % показания	0,10 °C 0,10 °C + 0,025 % показания
200П ¹⁾²⁾ (Pt200 α385)	-200...<0 0...850	0,06 °C 0,06 °C + 0,025 % показания	0,10 °C 0,10 °C + 0,025 % показания
400П ¹⁾²⁾ (Pt400 α385)	-200...<0 0...850	0,06 °C 0,06 °C + 0,025 % показания	0,10 °C 0,10 °C + 0,025 % показания
500П ¹⁾²⁾ (Pt500 α385)	-200...<0 0...850	0,06 °C 0,06 °C + 0,025 % показания	0,10 °C 0,10 °C + 0,025 % показания
1000П ¹⁾²⁾ (Pt1000 α385)	--200...<0 0...850	0,06 °C 0,06 °C + 0,025 % показания	0,10 °C 0,10 °C + 0,025 % показания
50П ¹⁾²⁾ (50П α391)	-200...<0 0...1100	0,06 °C 0,06 °C + 0,025 % показания	0,10 °C 0,10 °C + 0,025 % показания
100П ¹⁾²⁾ (100П α391)	-200...<0 0...1100	0,06 °C 0,06 °C + 0,025 % показания	0,10 °C 0,10 °C + 0,025 % показания
50М ¹⁾²⁾ (50М α428)	-200...<110 110...200	0,07 °C + 0,02 % показания	± 0,14 °C 0,1 °C + 0,04 % показания
100М ¹⁾²⁾ (100М α428)	-200...<-60 -60...200	0,06 °C + 0,02 % показания	± 0,07 °C 0,1 °C + 0,04 % показания
50М ¹⁾²⁾ (Cu50 α426)	-50...<120 120...200	0,064 °C + 0,02 % показания	± 0,141 °C 0,094 °C + 0,04 % показания
100М ¹⁾²⁾ (Cu100 α426)	-50...200	0,055 °C + 0,02 % показания	0,094 °C + 0,04 % показания
Гр.21 ³⁾ (46П α391)	-200...<0 0...650	0,06 °C 0,06 °C + 0,025 % показания	0,17 °C 0,17 °C + 0,025 % показания
Гр.23 ³⁾ (53М α426)	-70...<100 100...150	0,062 °C + 0,02 % показания	± 0,133 °C 0,091 °C + 0,042 % показания
100Н ¹⁾²⁾ (100Н α617)	-60...180	0,05 °C + 0,01 % показания	0,08 °C + 0,02 % показания
(Ni100 α618)	-60...180	0,06 °C	0,12 °C
(Ni120 α672)	-80... 260	0,06 °C	0,12 °C
(Cu10 α427)	-200... 260	0,2 °C	0,8 °C

Разрешение для всех типов термометров сопротивления 0,01 °C

* Включая нелинейность, гистерезис, воспроизводимость и дрейф за 1 год при температуре 18...28 °C (температурный коэффициент вне этого диапазона - ≤0,0015 % от показания Ом/°C)

I_{изм.}: пульсирующий в обоих направлениях 1 мА (0...500 Ом), 0,2 мА (>500 Ом)

I_{нагр.}: ≤5 мА (0...650 Ом), I_{нагр.} × R_{сим} <3,25 В (650...4000 Ом)

1) МПТШ-68

2) МТШ-90 (ГОСТ 6651-94, ГОСТ Р 8.625-2006)

3) ГОСТ 6651-78

В скобках в столбце **Тип** приведено обозначение на дисплее

Многофункциональный калибратор MC2-R

Внутренние модули измерения давления ¹⁾

Модуль	Диапазон	Разрешение	Погрешность* (6 месяцев**)	Погрешность* (12 месяцев**)
B	80...120 кПа абс.	0,01 кПа	±0,06 кПа	±0,1 кПа
IPM200mC ²⁾	±20 кПа	0,001 кПа	±(0,03 % П + 0,03 % ВП)	±(0,05% П + 0,05 % ВП)
IPM2C ²⁾	-100...200 кПа	0,01 кПа	±0,035 % ВП	±0,05 % ВП
IPM20C ²⁾	-100...2000 кПа	0,1 кПа	±0,035 % ВП	±0,05 % ВП
IPM160 ²⁾	0...16 МПа	0,001 МПа	±0,035 % ВП	±0,05 % ВП

¹⁾ В калибратор можно установить не более одного внутреннего модуля избыточного давления и одного барометрического модуля

²⁾ Внутренние модули **IPM** могут быть поставлены в исполнении внешних модулей **EXT-s**

Внешние модули измерения давления

Модуль	Диапазон	Разрешение	Погрешность* (6 месяцев**)	Погрешность* (12 месяцев**)
EXTB	80...120 кПа абс.	0,01 кПа	±0,03 кПа	±0,05 кПа
EXT10mD	±1 кПа дифф.	0,0001 кПа	±(0,06 % П + 0,035 % Д)	±(0,10 % П + 0,05 % Д)
EXT100m	0...10 кПа	0,0001 кПа	±(0,015 % П + 0,017 % ВП)	±(0,025 % П + 0,025 % ВП)
EXT400mC	±40 кПа	0,001 кПа	±(0,015 % П + 0,015 % ВП)	±(0,025 % П + 0,02 % ВП)
EXT1C	±100 кПа	0,01 кПа	±(0,015 % П + 0,01 % ВП)	±(0,025 % П + 0,01 % ВП)
EXT2C	-100...200 кПа	0,01 кПа	±(0,015 % П + 0,01 % ВП)	±(0,025 % П + 0,01 % ВП)
EXT6C	-100...600 кПа	0,01 кПа	±(0,015 % П + 0,007 % ВП)	±(0,025 % П + 0,01 % ВП)
EXT20C	-100...2000 кПа	0,1 кПа	±(0,015 % П + 0,007 % ВП)	±(0,025 % П + 0,01 % ВП)
EXT60	0...6 МПа	0,0001 МПа	±(0,015 % П + 0,007 % ВП)	±(0,025 % П + 0,01 % ВП)
EXT100	0...10 МПа	0,0001 МПа	±(0,015 % П + 0,007 % ВП)	±(0,025 % П + 0,01 % ВП)
EXT160	0...16 МПа	0,0001 МПа	±(0,015 % П + 0,007 % ВП)	±(0,025 % П + 0,01 % ВП)
EXT250	0...25 МПа	0,001 МПа	±(0,015 % П + 0,01 % ВП)	±(0,025 % П + 0,015 % ВП)
EXT600	0...60 МПа	0,001 МПа	±(0,015 % П + 0,01 % ВП)	±(0,025 % П + 0,015 % ВП)
EXT1000	0...100 МПа	0,001 МПа	±(0,015 % П + 0,01 % ВП)	±(0,025 % П + 0,015 % ВП)
EXT200mC-s	±20 кПа	0,001 кПа	±(0,03 % П + 0,03 % ВП)	±(0,05 % П + 0,05 % ВП)
EXT2C-s	-100...200 кПа	0,01 кПа	±0,035 % ВП	±0,05 % ВП
EXT20C-s	-100...2000 кПа	0,1 кПа	±0,035 % ВП	±0,05 % ВП
EXT160C-s	0...16 МПа	0,001 МПа	±0,035 % ВП	±0,05 % ВП

П - показание ВП - верхний предел Д - диапазон

* Включая нелинейность, гистерезис, воспроизводимость и дрейф за межповерочный интервал при температуре 15...35 °С (температурный коэффициент вне этого диапазона - ≤0,001 % от показания/°С, а для модуля EXT10mD – ≤0,002% от ВП/°С)

** Межповерочный интервал

Информация для заказа

Стандартная поставка:

- ◆ Калибратор MC2-R (в комплектации заказа)
- ◆ Блок аккумуляторов NiMH и зарядное устройство
- ◆ Комплект контрольных проводов, кабель USB
- ◆ Переходник G 1/8" (только с модулем IPM)
- ◆ Руководство по эксплуатации на русском языке
- ◆ Копии Сертификата Ростехрегулирования и Методики поверки

По дополнительному заказу:

- ◆ Мягкий кейс
- ◆ Блок для щелочных батарей
- ◆ Шланг для модуля IPM
- ◆ Модули измерения давления
- ◆ Ручные воздушные и гидравлические насосы с фитингами, трубками или шлангами

Для получения дополнительной информации просим обращаться:

АРТВИК Р, Россия, 125315, Москва, ул. Часовая, 30
Тел. +7(495) 956-70-79, Факс +7(495) 956-70-78, E-mail: artvik-r@artvik.com
Internet: www.artvik.com

© 2019 Artvik Inc.